

Liste di attesa ambulatoriali esterni	Fase di accesso ambulatoriale	basso	By-pass delle liste di attesa	Richieste prenotate CUP	CUP	Verifica delle richieste esterne inserite dal CUP. dal portale DEDALUS	giornaliera
Firma del consenso informato per gli esami mammografici e le procedure interventistiche	Acquisizione del consenso informato firmato	basso	Mancata acquisizione del consenso informato firmato	Invito alla lettura e spiegazione del consenso per gli esami mammografici e descrizione della procedura biptica, rischi e complicanze	Dirigente medico che effettua la prestazione	Consenso informato firmato dal paziente per ogni esame e ogni procedura	giornaliero
Attività ambulatoriali e di screening (mammografie, ecografie e procedure interventistiche sulla mammella)	Richiesta di farmaci, dispositivi per biopsia e materiale di consumo	basso	Richiesta inappropriata di farmaci e materiale di consumo	Richiesta informatizzata tramite sistema AREAS	Responsabile UOSD e personale autorizzato da esso	Verifica del materiale consegnato dalla farmacia all'UOSD	trimestrale

Il Responsabile UOSD Screening oncologico ca. della mammella

Dott.ssa Giuseppina Guadagnino

ASP di Catanzaro
 Responsabile UOSD
 Screening Oncologico ca. Mammella
 Dott.ssa Giuseppina Guadagnino
 Cod. ENPAM 300145331
 Istit. Onc. Medica. 10/2000



Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta

U.O.S.D. Screening Oncologico Ca della mammella

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Guadagnino

Tel.0934 559226 - E-mail: mammografia_posanteila@asp.clt.it

SCHEMA MAPPATURA DEI PROCESSI /ATTIVITA'
UOSD SCREENING ONCOLOGICO CA. DELLA MAMMELLA P.O.SANT'ELIA
ANNO 2024 – 1° semestre

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (basso, medio alto)	RISCHI SPECIFICI (per singola fase)	MISURE PREVENZIONE ANTICORRUZION E	RESPONSABILE MONITORAGGI O E VERIFICA MISURE PREVENTIVE	METODOLOGIA E STRUMENTO DI VERIFICA DI ATTUAZIONE MISURE PREVENTIVE	PERIODICITA' DELLE VERIFICHE
Attività radiologica	Mammografie di screening ed ambulatoriali	basso	Apparecchiature non calibrata- errore dell'intensità dose del fascio radiante- scarsa qualità immagini diagnostiche	Controllo giornaliero delle apparecchiature	Personale TSRM	Controllo AEC(espósito metro) dose calibration (intensità di dose)	Giornaliero settimanale